

ПРОТОКОЛ № 2/03.11.2016 г.

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД”.

Днес 03.11.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15а, се събра Комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД”**, назначена със Заповед №203/11.10.2016г. на управителя на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Елена Филева – външен юридически консултант в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:

1. Екатерина Манчева – Икономист обществени поръчки в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД
2. Силвия Леонидова – и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД
3. д-р Славея Измирлиева – н-к „Образна диагностика“ в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД
4. Ива Панайотова – юрисконсулт в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. адв. Юлиян Ковачев – Външен юридически консултант в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД,

На днешното заседание на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, по реда на постъпването им, изискани от участника и подизпълнителя на предишното заседание на Комисията с Протокол №1/11.10.2016 г., изпратен на участника и подизпълнителя на 26.10.2016 г., съгл. чл. 54, ал. 9 и ал.10 от ППЗОП, както следва:

1. „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София с вх. №1993/28.10.2016 г. представя в определения от Комисията срок Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (*образец 1*).

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „Меркурий Комерсиал“ ООД, гр.Пловдив с вх. №1998/28.10.2016 г. представя в определения от Комисията срок Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (*образец 1*).

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника **„Меркурий Комерсиал“ ООД – оферта с вх. № 1889/10.10.2016 г., 12:04 ч.:**

Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че съдържа следната информация:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (**образец № 3**) на предлаганото медицинско оборудване.

- оригинални каталози и брошури на оферирания медицинска апаратура, от които да е видно съответствието с посочените в Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (**образец № 3**);

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП - **образец №4**;

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП - **образец №5**;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП - **образец №6**;

- Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - **образец №7**;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП - **образец №8**;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник **образец №9**;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от подизпълнител - **образец №9**;

- Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качество EN ISO 9001:2008 на участника от независими лица по чл.64, ал.5 от ЗОП.

- Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.

- ЕС декларация за съответствие от производителя „Сименс“ АГ, Германия за съответствие на продукта с Директива 93/42/ЕИО за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинска апаратура, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

- Декларация, че предлаганото оборудване е фабрично ново и неупотребявано.

- Декларация от подизпълнителя, че ще предостави цялата необходима документация за апаратурата; ще изготви и предаде на възложителя необходимите инвестиционни проекти по части: Технологична, Електротехнологична, Лъчезащита, /а при необходимост и Конструкции/, Конструктивна експертиза и ОВК, свързани с извършване на необходимите СМР на помещенията за доставката, монтажа, инсталацията и въвеждането в експлоатация на апаратурата, както и ще съдейства за съгласуване и узаконяване на проектите и апаратурата пред институциите НЦРРЗ/РЗИ и АЯР. В декларацията подизпълнителя е посочил и сроковете за изготвяне на необходимите проекти и документация за целите на узаконяването на апаратурата от НЦРРЗ/РЗИ и АЯР съгласно изискванията на Възложителя

- Декларация за срок на гаранция на апаратурата.

- Декларация от подизпълнителя, че ще осигури гаранционно и сервизно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя на територията на Република България, притежаващ лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с посочен № на Лицензията от АЯР и срока на валидност с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на рентгенова апаратура, с квалифицирани специалисти.

- Заверено копие на валидна Лицензия от АЯР за работа с апаратура, източник на йонизиращи лъчения издаден на името на подизпълнителя.

- Декларация за срок на доставка на апаратурата.
- Попълнен проект на договор по приложен образец, подписан и подпечатан от участника.

Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия и допуска участника „Меркурий Комерсиал“ ООД до разглеждане и оценяване на техническото предложение.

На основание чл. 57, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на допуснатия участник, като класира участника по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП.

Оценката по Показателя „Техническа /качественна/оценка“ (ТО) се определя чрез оценяване на предложени от участника технически преимущества, съгласно Техническата спецификация по компоненти, както следва:

$$TO = TO_a + TO_b + TO_v + TO_g$$

TO_a – Поле на визуализация – макс. 15 т.

Предложението с най-голямо поле на визуализация се оценява с 15 т., следващото по сила предложение получава 7 т., третото – 3 т., всяко следващо – 1 т.

TO_b – Дълбочина на гентритото (от предния до задния капак) в см – макс. 15 т.

Предложението с най-ниска стойност в см. се оценява с 15 т., следващото по сила предложение получава 7 т., третото – 3 т., всяко следващо – 1 т.

TO_v – Максимална консумирана мощност, кVA – макс. 10 т.

Предложението с най-малка максимална консумирана мощност се оценява с 10 т., следващото по сила предложение получава 5 т., третото – 2 т., всяко следващо – 1 т.

TO_g – Площ на малкия фокус на рентгеновата тръба, кв. мм – макс. 10 т.

Предложението с най-малка площ на малкия фокус се оценява с 10 т., следващото по сила предложение получава 5 т., третото – 2 т., всяко следващо – 1 т.

1. „Меркурий Комерсиал“ ООД, гр.Пловдив, оферта с вх. № 1889/10.10.2016 г., 12:04 ч.

Оценката по Показателя „Техническа /качественна/оценка“ (ТО) се определя чрез оценяване на предложени от участника технически преимущества, съгласно Техническата спецификация по компоненти, както следва:

$$TO = TO_a + TO_b + TO_v + TO_g$$

TO_a – Поле на визуализация – 15 т.

TO_b – Дълбочина на гентритото (от предния до задния капак) в см – 15 т.

TO_v – Максимална консумирана мощност, кVA – 10 т.

TO_g – Площ на малкия фокус на рентгеновата тръба, кв. мм – 10 т.

$$TO = 15 + 15 + 10 + 10$$

Показател „Техническа /качественна/оценка“ (ТО) = 50 точки

Комисията приключи оценяването на техническите показатели и определи, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения, което Комисията реши да се извърши на 08.11.2016 година от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15а в сградата на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД.

Натоварва Председателя на Комисията да уведоми участника чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Възложителя в раздел „Профил на купувача“.

Комисията определя следващото си заседание за 08.11.2016 година – 10:00 часа.
С това Комисията приключи днешното си заседание в 14.00 часа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М. .

ЧЛЕНОВЕ: П

М. 1.

М. 2.

М. 3.

М. 4.