



“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Пловдив, 4000 бул. “Васил Априлов” № 15А тел.: 032/ 64 38 31
факс: 032/ 644 388 e-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -
ПЛОВДИВ“ ЕООД гр. Пловдив

Изм. № 217/15.02/2019 г.

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНИТЕЛНО ПИСМО

ОТНОСНО: Запитване с вх. №326/13.02.2019 г. във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с открита Решение №18/23.01.2019 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД с предмет: „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Уважаеми Г-жи и Г-да,

Във връзка с поставен въпрос от страна на лице изтеглило документация, Ви предоставяме, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП нашите разяснения:

Въпрос 1: Относно ОП.18 подпозиция 8 и 9 – По система КАБЕ, с която сте работили до сега използвате, спринцовки или епруветки се използват. Ако използвате спринцовка, адаптора е вграден в иглата. Или се отнася за стерилен комплект отделно адаптор с отделна игла?

Въпрос 2: Относно ОП.18 подпозиция 10 – инжекционен адаптор. Моля да уточните това стандартен холтер ли е и ако не е какво имате предвид?

Въпрос 3: Относно ОП.18 подпозиция 13 – за какви ланцети става въпрос?

Въпрос 4: Относно ОП.18 подпозиция 6 – какъв е размера, обема, цвета и антикоагуланта на епруветката?

Въпрос 5: Моля също да уточните по колко броя мостри се изискват и какъв е срока за представянето им?

Отговор на въпрос 1: Използват се спринцовки, адапторът е вграден в иглата.

Отговор на въпрос 2: Не е стандартен холтер. Адаптерът предлага възможност за впръскване или вземане на проби чрез поставянето му на търговска спринцовка и поставяне на адаптер за многократно вземане на проби.

Отговор на въпрос 3: Става въпрос за стерилни ланцети, а не за автоматични.

Отговор на въпрос 4: РТР маркирани епруветки 2.6 ml за предотвратяване на антикоагулант индуцирана псевдотромбоцитопения.

Отговор на въпрос 5: Възложителят е посочил в документацията за участие, че на основание чл. 52, ал. 5 от ЗОП, изисква от участниците да разполагат с мостри на всяко едно от оферераните от тях медицински изделия и да са в състояние да му ги доставят не по-късно от три работни дни в звено "Обществени поръчки", считано от датата на получаване на съответното искане от страна на назначената от Възложителя комисия по провеждане на процедурата, т.е. Възложителят не изисква от участниците при подаване на оферта да представят мостри.

15.02.2019 г.
Пловдив

Възложител:

Д-р Парашкев Цветков
Управител „КОЦ – Пловдив“ ЕООД

