



“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Пловдив, 4000 бул. “Васил Априлов” № 15А тел.: 032/ 64 38 31
факс: 032/ 644 388 e-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -
ПЛОВДИВ“ ЕООД гр. Пловдив

Изх. № 730/20.08/2012 г.

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения с вх. №1438/16.08.2019 г. във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с открита Решение №132/02.08.2019 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП от страна на лице, Ви предоставяме, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП нашите разяснения:

I. Относно полуавтоматичен ротационен микротом

В Техническата спецификация (Приложение №1 към документацията) за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, са предвидени следните минимални технически и функционални изисквания за полуавтоматичен ротационен микротом:

- Моторизирано преместване на тръбата;
- Постъпателно движение: минимално изискване 28мм;
- Възвръщателно движение: минимално изискване 40 µm;
- Най-малко 72 мм вертикален режещ ход.

Въпрос 1: Във връзка с гореизложеното, моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че ръчен ротационен микротом отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение: Ръчен ротационен микротом не би покрил минималните изисквания на Възложителя.

Въпрос 2: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че микротом с постъпателно движение 24 мм отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 2: Минимално изискване на Възложителя е полуавтоматичния ротационен микротом трябва да е с постъпателно движение минимум 24 мм, съгласно посоченото в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

Въпрос 3: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че микротом с възвръщателно движение 5 – 100 µm отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 3: Възложителят ще приеме оферирания полуавтоматичен ротационен микротом с възвръщателно движение минимум 40 µm, съгласно техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

Въпрос 4: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че микротом с вертикален режещ ход 70 мм отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 4: Оферирания полуавтоматичен ротационен микротом, трябва да е с вертикален режещ ход 72 мм за да отговори на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка.

II. Относно вана за разпъване на срези без капак

Съгласно Техническа спецификация (Приложение №1 към документацията) за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД” предлаганата от участниците вана за разпъване на срези без капак следва да отговаря на следните минимални технически и функционални изисквания:

- Температурен обхват от 30 до 65° С ($\pm 1^\circ$) при 20° С на стайна температура;
- Матиран черен контейнер с PTFE покритие, осигуряващ по-добър контраст на срезите;

Въпрос 5: Във връзка с гореизложеното, моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че вана за разпъване на срези без капак с температурен обхват до 75° С отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 5: Възложителят ще приеме вана за разпъване на срези без капак с температурен обхват от 30° до 65° С ($\pm 1^\circ$) при 20°С на стайна температура, съгласно минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

Въпрос 6: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че вана за разпъване на срези без капак с матиран черен контейнер с друго покритие, осигуряващ по-добър контраст на срезите, отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 6: Ще бъде прието, че вана за разпъване на срези без капак с матиран черен контейнер с покритие, осигуряващо по-добър контраст на срезите, отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

III. Относно топла плоча, специализирана за хистология

Съгласно Техническа спецификация (Приложение №1 към документацията) за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД” предлаганата от участниците топла плоча, специализирана за хистология, следва да отговаря на следните минимални технически и функционални изисквания:

- Капацитет 28 стъкла;
- Да има бутон за включване/изключване на гърба на лицевата страна инструмента;
- Фиксирана топлинна настройка от 75° С

Въпрос 7: Във връзка с гореизложеното, моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че топла плоча, специализирана за хистология, с еквивалентен капацитет стъкла отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 7: Възложителят поставя изискване плочата, специализирана за хистология да е с капацитет от минимум 28 стъкла.

Въпрос 8: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че топла плоча, специализирана за хистология, която не разполага с бутон за включване/изключване на гърба на лицевата страна инструмента, но разполага с бутон на лицевия панел, отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 8: Ще бъде прието, че топла плоча, специализирана за хистология, която разполага с бутон за включване/изключване на гърба на лицевата страна инструмента и също така разполага с бутон на лицевия панел, отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка.

Въпрос 9: Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че топла плоча, специализирана за хистология, с фиксирана топлинна настройка от стайна температура до 75° C отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка?

Разяснение 9: Минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка са топлата плоча, специализирана за хистология да е с фиксирана топлинна настройка от 75° C.

Въпрос 10 (относно раздели I, II и III): Моля да разясните и потвърдите дали ще бъде прието, че включени в офертата на участник полуавтоматичен ротационен микротом, вана за разпъване на срези без капак и топла плоча, специализирана за хистология, притежаващи технически характеристики, близки до тези, формулирани от Възложителя в Техническата спецификация, гарантиращи еквивалентна функционалност, ще бъдат приети от Възложителя като отговарящи на техническите и функционални изисквания?

Разяснение: В Техническата спецификация Възложителят залага минимални изисквания, на които следва да отговаря всеки офертиран от участниците полуавтоматичен ротационен микротом. Възложителят ще приеме предложението от участник полуавтоматичен ротационен микротом, който отговаря на минималните технически и функционални изисквания, предвидени в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка.

20.08.2019 г.
Пловдив

д-р Парашкев Цветков
Управител КОЦ – Пловдив ЕООД

