

№	Минимални технически и функционални характеристики
1.	Минимални изисквания към медицинската апаратура за измерване на костна плътност
1.1	Да бъде тип DXA (DEXA) Dual-Energy X-ray Absorptiometry - двойно енергиен рентгенов тип
1.2	Да работи с FAN Beam технология на рентгеновите лъчи
1.3	Да бъде с маса за пациент с минимални размери 180 см дължина и 80 см ширина
1.4	Да бъде с подвижно сканиращо рамо над масата
1.5	Да извършва измерване на костна плътност от следните области – лумбални прешлени, тазобедрена става, китка
1.6	Да може да извършва измерване на костната плътност и в режим HALF Body – половин тяло
1.7	Да извършва анализ минимум на следните параметри – BMD, T-score, Z-score, BMI
1.8	Да разполага с педиатрична и ортопедична функционалност
1.9	Да е оборудван със собствена стойка с компютър, монитор и принтер за резултатите
1.10	Да бъде фабрично нов
2.	Минимални изисквания към операционна маса – 1 брой
2.1	Електро-хидравлична операционна маса – подходяща за всички видове хирургични операции. Отделно движение на краката с вертикално и хоризонтално движение.
2.2	Масата следва да бъде окомплектована с матрак, стойка за инфузии, анестезиологична рамка, странични подпори за тяло – 1 чифт, подпори за рамене – 1 чифт, подпори за ръце – 1 чифт, кракодържатели 1 чифт и дистанционно управление.
3.	Минимални изисквания към болнични легла
	Болнично легло с две функции. Подвижно и удобно. Тръбна стоманена конструкция. Прахово боядисано покритие. Подвижни секции за гръб и крака. Стабилна платформа за дюшек с отвори. С колела. Лесно за сглобяване. С включен матрак към него.